

RÉSUMÉ :

Le but de cette étude est de mesurer la validité de la mesure de la flexion active du genou par inclinométrie. Nous mesurons la flexion active des genoux de 59 sujets avec un goniomètre, que nous utilisons comme outil de référence, et avec un inclinomètre.

Une étude statistique est effectuée afin de mesurer le coefficient de corrélation, ainsi que de comparer les moyennes.

L'analyse montre qu'il est possible d'utiliser l'inclinométrie pour mesurer la flexion active du genou, mais qu'il n'est pas possible d'invertir les deux instruments car il existe une différence significative.

Mots clés :

Validité, flexion du genou, goniométrie, inclinométrie